

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Tungsten (W) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HNO<sub>3</sub> + 2% HF 500 mL HPS-10M63-3-500**

|                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Tungsten (W) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HNO <sub>3</sub> + 2% HF 500 mL                                                                                                |
| Artikelnummer            | HPS-10M63-3-500                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | 10M63-3-500                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | HPS-10M63-3-500-500                                                                                                                                                            |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                          |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                                 |
| Produktbeschreibung      | W 10,000 µg/mL in 5% HNO <sub>3</sub> + 2% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3163. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |