

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Dangerous Good - Thorium (Th) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> 500 mL** **HPS-10-59-1-500**

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Dangerous Good - Thorium (Th) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 500 mL                                                                             |
| Artikelnummer            | HPS-10-59-1-500                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | 10-59-1-500                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | HPS-10-59-1-500-500                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                               |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung      | Th 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3159. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |