

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Chromium(VI) (Cr6+) Speciation Standard at 10 µg/mL in 2% HNO₃ 500 mL HPS-10-12-7-500

Artikelname	Chromium(VI) (Cr6+) Speciation Standard at 10 µg/mL in 2% HNO ₃ 500 mL
Artikelnummer	HPS-10-12-7-500
Hersteller Artikelnummer	10-12-7-500
Alternativnummer	HPS-10-12-7-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Cr+6 10 µg/mL in 2% HNO ₃ **, 12 months expiry date. Certificate of Analysis includes lot-specific chromatogram. Traceable to NIST SRM 3112 for total chromium concentration and by IC against a second source standard for the speciated form. ISO 9001:20...