

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Tellurium (Te) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO₃ + 02% HF 100 mL HPS-100056-3-100

Artikelname	Tellurium (Te) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO ₃ + 02% HF 100 mL
Artikelnummer	HPS-100056-3-100
Hersteller Artikelnummer	100056-3-100
Alternativnummer	HPS-100056-3-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Te 1000 µg/mL in 2% HNO ₃ + 0.2% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3156. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....