

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Strontium (Sr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO₃ 100 mL HPS-10M53-1-100

Artikelname	Strontium (Sr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ 100 mL
Artikelnummer	HPS-10M53-1-100
Hersteller Artikelnummer	10M53-1-100
Alternativnummer	HPS-10M53-1-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Sr 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ , 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3153. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....