

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Copper (Cu) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO₃ 250 mL HPS-100-14-1-250

Artikelname	Copper (Cu) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 250 mL
Artikelnummer	HPS-100-14-1-250
Hersteller Artikelnummer	100-14-1-250
Alternativnummer	HPS-100-14-1-250-250
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Cu 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3114. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....