

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Lithium (Li) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> 250 mL HPS-100-29-1-250**

|                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Lithium (Li) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 250 mL                                                                                                 |
| Artikelnummer            | HPS-100-29-1-250                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | 100-29-1-250                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | HPS-100-29-1-250-250                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung      | Li 100 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3129. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |