

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Boron (B) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in H2O 250 mL HPS-10-7-4-250**

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Boron (B) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in H2O 250 mL                                                                                                 |
| Artikelnummer            | HPS-10-7-4-250                                                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | 10-7-4-250                                                                                                                                          |
| Alternativnummer         | HPS-10-7-4-250-250                                                                                                                                  |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                               |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung      | B 10 µg/mL in H2O 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3107. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |